Sterowniki
Controllers

Właściwości *Characteristics*	**Sterowniki Easy Line** *Easy Line Controller*	**Sterowniki Advance Line** *Advance Line Controller*
Łatwy i intuicyjny. *Easy and intuitive* Uproszczona obsługa sprzętu *Simplified equipment management*	✓	✓
Precyzyjna kontrola . *Precise control* Czujnik NTC z precyzją do 0,1°C *NTC probe with a precision 0,1°C*	✓	✓
Interaktywny wyświetlacz . *Interactive Display* z blokadą klawiatury *with keyboard lock*	✗	✓
Alarmy dźwiękowe i wizualne . *Audible and visible alarms* Wysoka temperatura *High temperature*	✓	✓
Niska temperatura *Low temperature*	✓	✓
Otwarte drzwi *Open door*	✓	✓
Awaria sondy *Probe failure*	✓	✓
Brak zasilania *Power failure*	✗	✓
Termostat bezpieczeństwa . *Safety controller* Podwójne zabezpieczenie zapobiegające spadkowi temperatury poniżej +2°C *Double safety to prevent the temperature from dropping from +2°C*	✓	✓
Zegar w czasie rzeczywistym . *Real time clock* Rok, miesiąc, godzina, minuta i sekunda dla rejestrowania danych. *Year, month, hour, minutes and second for data recording definition.*	✗	✓
Identyfikacja urządzenia . *Equipment identification* Definicja numeru seryjnego urządzenia w termostacie do kontroli rejestru. *Definition of the equipment serial numer in the thermostat for register control.*	✗	✓
Kontrola wilgotności . *Humidity control* Gdy włączona, umożliwia monitorowanie wilgotności wewnątrz sprzętu. *If active, it allows monitoring the humidity in the inside of the equipment.*	✗	Opcjonalne *Optional*
Rejestrator danych . *Datalogger* Zapytanie o maksymalne/minimalne temperatury i ostatnie alarmy na wyświetlaczu. *Query maximum/minimum temperatures and last alarms in display.*	✗	✓
Czujnik produktu . *Product probe* Sonda, działająca na zasadzie symulatora produktu, mierząca temperaturę w dowolnym miejscu urządzenia. *Probe with mass symulator, allowing to simulate the product temperature in any part of the equipment.*	✗	✓
USB . *USB* Wyniki są pobierane jako plik pdf, gwarantując niezmienialność danych. *Records are downloaded as pdf file, thus ensuring that the data cannot be changed.*	✗	✓
Dane . *Records* Graficzne i tabelaryczne zestawienie następujących danych: Temperatura 1 czujnika; Temperatura 2 czujnika (symulator produktu); Alarmy; Wilgotność (jeśli funkcja została włączona); *z odczytami co 10 minut i pojemnością do przechowywania danych z 2 lat. *Graphical and tabular record of the following data: Probe 1 Temperature; Temperature Probe 2 (mass symulator); Alarms; Humidity (if you activate the function).*with readings every 10 minutes and with a capacity for 2 years of data.*	✗	✓
Bateria . *Battery* W razie braku zasilania. Zdolna utrzymywać alarmy i zapisy aktywne do 26 godzin. *In case of power failure.* Capable of keeping alarms and logs active for up to 26 hours.	✗	✓
Złącze do alarmu zewnętrznego . *Remote alarm output and RS 485* Styk beznapięciowy do podłączenia do alarmów zewnętrznych i RS 485 do połączenia z systemami zarządzania budynkiem. *Tension free contact for connection to external alarms and RS 485 for connection to building management systems.*	✗	✓